



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области" (ФБУ "Новосибирский ЦСМ")

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21АЯ49

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 630112, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект
Дзержинского, дом 2/1.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

630112, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 2/1.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.3.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.4.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.6.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.7.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.10.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.12.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.13.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.15.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.16.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.18.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.19.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.21.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.22.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.24.	ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.25.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Номинальные величины	соответствует/не соответствует -
1.27.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.28.	ГОСТ IEC 60730-1-2016 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.30.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.31.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2-2011 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.33.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.34.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.36.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.37.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.39.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.40.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.42.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.43.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.45.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.46.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.48.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.49.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.51.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -
1.52.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.54.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.55.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.57.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.58.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.60.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.61.	ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.63.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.64.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.66.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.67.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.69.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.70.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.72.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.73.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.75.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.76.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.78.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Информация: маркировка, документация	соответствует/не соответствует -
1.79.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.81.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.82.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.84.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.85.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.87.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.88.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.90.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.91.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.93.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.94.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.96.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.97.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.99.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.10 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.10 2.	ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.10 3.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Защита от поражения электрическим током	- от 0 до 1000 (В)
1.10 5.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.10 6.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 7.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.10 8.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.10 9.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2-2011 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.11 1.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.11 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.11 4.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.11 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.11 7.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.11 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.12 0.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.12 1.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.12 3.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.12 4.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.12 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.12 7.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.12 9.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)
1.13 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Заземление	- от $1 \cdot 10^{-6}$ до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.13 2.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.13 3.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 4.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.13 5.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.13 6.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.13 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.13 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 0.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.14 1.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.14 2.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 3.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.14 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.14 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.14 7.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.14 8.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.15 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.15 1.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.15 3.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.15 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.15 6.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Зажимы и соединения Крутящий момент Сжимающее/растягивающее усилие Расстояние Номинальное сечение проводника	соответствует/не соответствует -
1.15 7.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.15 9.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.16 0.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 1.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.16 2.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.16 3.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.16 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.16 6.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.16 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.16 9.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.17 1.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.17 2.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.17 4.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.17 5.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.17 7.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.17 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 9.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.18 0.	ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.18 1.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.11);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -
1.18 3.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.18 4.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.18 6.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.18 7.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2-2011 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.18 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.19 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.19 2.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.19 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.19 5.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.19 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.19 8.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.19 9.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.20 1.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.20 2.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 3.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.20 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.20 5.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.20 7.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -
1.20 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.12);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Влаго- и пылестойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 9.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.21 0.	ГОСТ IEC 60730-1-2016 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 0.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.21 1.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 2.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.21 3.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 3.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.21 4.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.21 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 6.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.21 7.	ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 8.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.21 9.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 9.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.22 0.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 1.	СТБ IEC 60730-2-8-2008 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.22 2.	ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 2.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.22 3.	ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 4.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.22 5.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 5.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.22 6.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 7.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.22 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 8.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.22 9.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.23 1.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 1.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.23 2.	ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 3.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.23 4.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.13);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Электрическая прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 4.					Сопротивление изоляции	- от 0 до 29,9 (ГОм)
1.23 5.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.23 6.	ГОСТ IEC 60730-1-2016 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 7.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.23 8.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.23 9.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2-2011 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.24 1.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.24 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.24 4.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.24 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.24 7.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.24 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.25 0.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.25 1.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 2.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.25 3.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.25 4.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 5.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.25 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.25 7.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.25 9.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)
1.26 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.14);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нагрев	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 1.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.26 2.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.26 3.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 4.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.26 5.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.26 6.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 7.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.26 8.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.26 9.	ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 0.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.27 1.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.27 2.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 3.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.27 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.27 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 6.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.27 7.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.27 8.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 9.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.28 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.28 1.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.28 3.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.28 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 5.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.28 6.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Технологический допуск и отклонение	соответствует/не соответствует -
1.28 7.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 7.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.28 8.	ГОСТ IEC 60730-1-2016 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от мину 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 9.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.29 0.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 0.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.29 1.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 2.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.29 3.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 3.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.29 4.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.29 6.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 6.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.29 7.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.29 9.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 9.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.30 0.	ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 1.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.30 2.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 2.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.30 3.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 4.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Климатические воздействия: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействия: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.30 5.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Климатические воздействия: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 5.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.30 6.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 7.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.30 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 8.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.30 9.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.31 1.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 1.					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)
1.31 2.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.16);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Климатические воздействие: -температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Климатические воздействие: -влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 3.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.31 4.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.31 5.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 6.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.31 7.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.31 8.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 9.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.32 0.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.32 1.	ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 2.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.32 3.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.32 4.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 5.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.32 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.32 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 8.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.32 9.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.33 0.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 1.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.33 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.33 3.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.33 5.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.33 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 7.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.33 8.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.17);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Износостойкость, Рабочие циклы	соответствует/не соответствует -
1.33 9.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 9.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 0.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 0.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.34 1.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 1.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.34 2.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 2.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (м)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 3.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 3.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.34 4.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 4.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.34 5.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 5.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 6.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.34 7.	ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 7.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.34 8.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 8.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 9.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.35 0.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 0.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.35 1.	СТБ ІЕС 60730-2-8-2008 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 1.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 2.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.35 3.	ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 3.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.35 4.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 4.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (м)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 5.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 5.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.35 6.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 6.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.35 7.	СТБ ІЕС 60730-2-11-2008 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 7.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 8.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.35 9.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 9.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.36 0.	ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 0.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 1.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 1.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.36 2.	ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 2.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.36 3.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 3.					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.18);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
					Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 4.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
1.36 5.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 5.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.36 6.	ГОСТ IEC 60730-1-2016 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 6.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 7.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 7.					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.36 8.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 8.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.36 9.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 9.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (м)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2-2011 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 0.					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.37 1.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 1.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.37 2.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 2.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 3.					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.37 4.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 4.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.37 5.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 5.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 1000 (мм)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 6.					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.37 7.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 7.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.37 8.	ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 8.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 9.					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.38 0.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 0.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.38 1.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 1.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 2.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 2.					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.38 3.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 3.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.38 4.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 4.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 5.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 5.					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.38 6.	ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 6.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.38 7.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 7.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 8.					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.38 9.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)
					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 9.					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)
1.39 0.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Падение (высота)	- от 0,1 до 1 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 0.					Сила (растягивающая, толкающая)	- от 0 до 10000 (Н)
					Вращающий момент	- от 0,1 до 150 (Н*м)
					Удар	- от 0,2 до 2,0 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 1.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.19);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Резьбовые части и соединения	- от 0,1 до 3,0 (Н*м)
1.39 2.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.39 3.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 4.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.39 5.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.39 6.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2-2011 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.39 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.39 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.40 1.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.40 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.40 4.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.40 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.40 7.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.40 8.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 9.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.41 0.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.41 1.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 2.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.41 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.41 4.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.41 6.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)
1.41 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.20);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 8.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 9.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 0.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 600 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 1.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 600 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2-2011 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 6.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 9.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекингостойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 1.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 2.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 600 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 3.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 4.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 5.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 7.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 9.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 1.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.21);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Теплостойкость	- от 50 до 350 (°C)
					Огнестойкость	- от 550 до 960 (°C)
					Трекинговая стойкость	- от 100 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 3.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.44 4.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.44 5.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 6.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.44 7.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.44 8.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-3-2014 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.45 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.45 1.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 2.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.45 3.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.45 4.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 5.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.45 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.45 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 8.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.45 9.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.46 0.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 1.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.46 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.46 3.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.46 5.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.46 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 7.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.46 8.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.22);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Коррозионная стойкость	- от 95 до 105 (°C)
1.46 9.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 0.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.47 1.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.47 2.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 3.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.47 4.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.47 5.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4-2011 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.47 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.47 8.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.48 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.48 1.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.48 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.48 4.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 5.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.48 6.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.48 7.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.48 9.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.49 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 1.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.49 2.	ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.49 3.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 4.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.24);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует -
1.49 5.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.49 6.	ГОСТ IEC 60730-1-2016 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 7.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.49 8.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.49 9.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 0.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.50 1.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.50 2.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 3.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.50 4.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.50 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.50 7.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.50 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.51 0.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.51 1.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 2.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.51 3.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.51 4.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 5.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.51 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.51 7.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 8.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.51 9.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.52 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.25);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 1.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2011 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.52 2.	ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.52 3.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 4.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.52 5.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.52 6.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 7.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.52 8.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.52 9.	ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 0.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.53 1.	ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.53 2.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 3.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.53 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.53 5.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 6.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.53 7.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.53 8.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 9.	СТБ ИЕС 60730-2-11-2008 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.54 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12-2012 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.54 1.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 2.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.54 3.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.54 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 5.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.54 6.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 (п.27);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Ненормальная работа	соответствует/не соответствует -
1.54 7.	ГОСТ IEC 60730-1-2016 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 8.	СТБ МЭК 60730-1-2004 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.54 9.	ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.55 0.	ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 1.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.55 2.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.55 3.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 4.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.55 5.	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.55 6.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.55 8.	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.55 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 0.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10-2013 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.56 1.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.56 2.	ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 3.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.56 4.	СТБ IEC 60730-2-11-2008 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.56 5.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 6.	СТБ ИЕС 60730-2-12-2007 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.56 7.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.56 8.	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 9.	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.57 0.	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -
1.57 1.	ГОСТ ИЕС 60730-2-19-2012 (п.28);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками;	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Указания по использованию электронного отключения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 2.	ГОСТ IEC 60947-1-2014 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 2.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.57 3.	СТБ ІЕС 60947-2-2011 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 3.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 4.	ГОСТ Р 50030.3-2012;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					Влажность	- от 20 до 98 (%)
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 4.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.57 5.	ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования: -Температура	Указание диапазона не требуется: - - от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 5.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 6.	ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 6.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.57 7.	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования: -Температура	Указание диапазона не требуется: - -от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 7.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 8.	ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 8.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.57 9.	ГОСТ IEC 60947-2-2014 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 9.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 0.	ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2- 97) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 0.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.58 1.	СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования: -Температура	Указание диапазона не требуется: - - от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 1.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 2.	ГОСТ 30011.5.5-2012 (IEC 60947-5-5:2005) (п.4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 2.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.58 3.	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6- 1:2005) (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования: -Температура	Указание диапазона не требуется: - - от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 3.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 4.	ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 4.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.58 5.	СТБ ІЕС 60947-6-1-2012 (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования: -Температура	Указание диапазона не требуется: - - от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 5.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 6.	ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 6.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.58 7.	ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования: -Температура	Указание диапазона не требуется: - - от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 7.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 8.	ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-3:2002) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 8.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.58 9.	ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования: -Температура	Указание диапазона не требуется: - - от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 9.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 0.	ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000) (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 0.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.59 1.	ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования: -Температура	Указание диапазона не требуется: - - от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 1.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			-Влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 2.	ГОСТ ИЕС 60947-1-2017 (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	-Влажность	- от 20 до 98 (%)
					-Температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования:	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 2.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.59 3.	ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Маркировка, информация об изделии	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 3.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 4.	ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Маркировка, информация об изделии	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 4.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.59 5.	ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-3:2002) (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Маркировка, информация об изделии	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 5.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 6.	ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) (п.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Маркировка, информация об изделии	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 6.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.59 7.	ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Маркировка, информация об изделии	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 7.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 8.	ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Маркировка, информация об изделии	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 8.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.59 9.	ГОСТ IEC 60947-1-2014 (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 9.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 0.	СТБ ИЕС 60947-2-2011 (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 0.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.60 1.	ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 1.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 2.	ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 2.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.60 3.	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 3.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 4.	ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 4.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.60 5.	ГОСТ IEC 60947-2-2014 (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 5.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 6.	ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 6.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.60 7.	СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 7.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 8.	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 8.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.60 9.	СТБ ІЕС 60947-6-1-2012 (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 9.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 0.	ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 0.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.61 1.	ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 1.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 2.	ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-3:2002) (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 2.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.61 3.	ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 3.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 4.	ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000) (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 4.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.61 5.	ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 5.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 6.	ГОСТ ИЕС 60947-1-2017 (п.7.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 6.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.61 7.	ГОСТ IEC 60947-1-2014 (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 7.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 7.					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 8.	СТБ IEC 60947-2-2011 (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия, влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 8.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 8.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.61 9.	ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 9.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 9.					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 9.					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.62 0.	ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 0.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 0.					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.62 2.	ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 2.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 2.					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 2.					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.62 3.	ГОСТ IEC 60947-2-2014 (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 3.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Рабочие условия, влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 3.					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 4.	ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 4.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 4.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.62 5.	СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 5.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 5.					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 5.					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.62 6.	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 6.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 6.					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 7.	ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 7.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 7.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.62 8.	СТБ ИЕС 60947-6-1-2012 (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 8.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 8.					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 8.					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.62 9.	ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 9.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 9.					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 0.	ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 0.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 0.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мм)
1.63 1.	ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-3:2002) (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 1.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 1.					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 1.					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.63 2.	ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 2.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 2.					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 3.	ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 3.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 3.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.63 4.	ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 4.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 4.					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 4.					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.63 5.	ГОСТ IEC 60947-1-2017 (п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 5.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)
					Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 5.					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 6.	ГОСТ ИЕС 60947-1-2014 (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Требования к работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Рабочие условия, температура	- от минус 70 до 120 (°C)
					Рабочие условия влажность	- от 20 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 6.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 200 (°C)
					Пробой, зазоры, пути утечки	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность изоляции	- от 0 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 6.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
					Ток утечки	- от 0 до 1000 (мА)
1.63 7.	СТБ ИЕС 60947-2-2011 (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 7.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 7.					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 7.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.63 8.	ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 8.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 8.					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 9.	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 9.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 9.					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.64 0.	ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) (п.8.1, п.8.3, п.8.4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.64 1.	ГОСТ IEC 60947-2-2014 (п.8.1, п.8.3-8.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 2.	ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 2.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 2.					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.64 3.	СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 3.		Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 3.					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 3.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.64 4.	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) (п.9.1, п.9.4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 4.		для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 4.					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.	ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) (п.9.1, п.9.4, п.9.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для распределения электрической энергии: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. аппараты и элементы коммутации для цепей управления Электрические устройства срочной остановки с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.		Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.64 6.	СТБ ИЕС 60947-6-1-2012 (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.64 7.	ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.	ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.64 9.	ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-3:2002) (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 9.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 9.					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 9.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.65 0.	ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) (п.8);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 0.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 0.					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.	ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000) (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.65 2.	ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) (п.9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 2.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 2.					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 2.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.65 3.	ГОСТ IEC 60947-1-2017 (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 3.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 3.					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.	СТБ ИЕС 60947-2-2011 (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
					Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -
					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)
					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.65 5.	ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) (п.8.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Конструкция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);			Превышение температуры	- от 0 до 960 (°C)
					Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
					Включающая/отключающая способность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Предел работоспособности	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты оболочки, IP 00-68	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к нагреву и огню	- от 0 до 960 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.65 6.	ГОСТ IEC 60947-1-2014 (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 6.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.65 7.	СТБ ИЕС 60947-2-2011 (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 7.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 8.	ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 8.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.65 9.	ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 9.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.66 0.	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 0.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.	ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947- 2:2006) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.66 2.	ГОСТ IEC 60947-2-2014 (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 2.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.66 3.	ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 3.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 4.	СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) (п.7.3, п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 4.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.66 5.	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) (п.9.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 5.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.66 6.	ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) (п.9.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 6.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 7.	ГОСТ 30011.5.5-2012 (IEC 60947-5-5:2005) (п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 7.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.66 8.	СТБ ИЕС 60947-6-1-2012 (п.9.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 8.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.66 9.	ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) (п.9.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 9.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 0.	ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 0.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.67 1.	ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095- 2000) (п.9.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 1.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.67 2.	ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) (п.9.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 2.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 3.	ГОСТ ИЕС 60947-1-2017 (п.8.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Соответствие требованиям к конструкции: усилия, крутящий момент, изгибы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 3.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.67 4.	ГОСТ IEC 60947-1-2014 (п.8.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 4.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.67 5.	ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) (п.8.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 5.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 6.	ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) (п.8.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 6.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.67 7.	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) (п.8.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 7.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.67 8.	ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) (п.8.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 8.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.	ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) (п.8.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.68 0.	СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) (п.8.3- 8.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 0.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.68 1.	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) (п.9.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 1.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 2.	ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) (п.9.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 2.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.68 3.	СТБ ИЕС 60947-6-1-2012 (п.9.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 3.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.68 4.	ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) (п.8.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 4.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 5.	ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000) (п.9.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 5.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.68 6.	ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) (п.9.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.68 7.	ГОСТ ИЕС 60947-1-2017 (п.8.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Работоспособность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 7.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 8.	СТБ ИЕС 60947-2-2011;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Воздействия влажного тепла, вибрации, ударов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 8.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.68 9.	ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) (п.8.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Воздействия влажного тепла, вибрации, ударов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 9.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.69 0.	ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) (п.7.3- п.7.4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Воздействия влажного тепла, вибрации, ударов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 0.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 1.	СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) (п.7.4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Воздействия влажного тепла, вибрации, ударов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 1.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.69 2.	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) (п.9.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические	-	8535;8536;8537;9032;9 1070000000;	Воздействия влажного тепла, вибрации, ударов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 2.		устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				
1.69 3.	ГОСТ 30011.5.5-2012 (IEC 60947- 5-5:2005) (п.7);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Воздействия влажного тепла, вибрации, ударов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 3.		цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакторы и пускатели.);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 4.	ГОСТ IEC 60947-1-2017 (приложение Q);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты электрические для управления электротехническими установками: (Низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Автоматические выключатели. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. Аппаратура многофункциональная коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты.	-	8535;8536;8537;9032;9 107000000;	Воздействия влажного тепла, вибрации, ударов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 4.		Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Электромеханические контакты и пускатели.);				

директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

О.Ю. Морозова

инициалы, фамилия уполномоченного лица